

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

检验日期: 2026.05.15 试剂批号: 22605131

产品型号: PLR-01 配套清洗液批号: 22605071

试剂规格: 1L、10L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSI-303A	FM-8P
仪器编号	DDP12112	DDP12112	DDP12112	DDP12112

项目	结果	标准范围	检测日期	检测人
pH 值	25℃时, 7.16 ± 0.20	7.15-7.18	2026.05.15	张三
电导率	25℃时, $17.36 \pm 0.50 \mu S/cm$	17.35-17.37	2026.05.15	张三
渗透压	$318 \pm 15 mOsm/kg$	315-321	2026.05.15	张三
无菌性	符合 $2.3 \times 10^4/L$	符合	2026.05.15	张三
备注	检测结果符合标准			

检测人: 张三

复核人: 李四

批准人: 王五