编号：YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400551

生产日期：	2015.07.21	产品批号：	20150721
规格/容量：	2R 型	生产数量：	2R×500ml
产品名称：	直接胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒	生产厂家：	南京诺尔医学诊断技术有限公司
检验日期：	2015.07.21	报告日期：	2015.07.21

检验项目	检验结果		
型号：		规格	
40	R1：30ml×4	R2：8ml×4	校准品：2ml×1

外观	应为澄清液体，无沉淀、无结晶、无变色、无异味、无明显杂质。	合格	√
装量	应不小于标示量。	合格	√
空白吸光度	应小于 0.1000。	0.0900	√
线性	相关系数 r 应大于等于 0.9900。	0.9999	√
批间精密度	R≤10%。	/	√
批间精密度	相关系数 r 应大于等于 0.9900。	0.9999	√

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]　　检验日期：[illegible]