编号：YNH/AJ-15-54-2011

[illegible]

[illegible]	空白吸光度测定	1件405nm杯，光径1cm测，空白吸光度 A≤0.3000	0.2545	√
	在线性范围内，线性误差（用相关系数表示）应不小于0.9900。	0.9998		√
线性范围测定		浓度1	3.93%	√
		浓度2	9.47%	√
	(0-7750)U/L 范围内，线性绝对偏差不超过 775U/L。	浓度3	459.27U/L	√
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
结论	检验是否合格。		合格	

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]　　批准人：[illegible]